

Số: 379/BVP-KITTH

Đồng Nai, ngày 30 tháng 06 năm 2025

V/v Mời chào Sửa Máy siêu âm

Kính gửi: Quý Công ty

1. Bệnh viện Phổi Đồng Nai có kế hoạch sửa 02 Máy siêu âm cho Khoa Cấp cứu và khoa CDHA của Bệnh viện. Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau :

2. Nội dung sửa chữa : Sửa Máy siêu âm

3. Địa điểm thực hiện : Khu phố Tân Mai , Phường Phước Tân , Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
1	Thông tin về máy: 1/Máy siêu âm Doppler màu ≥ 3 đầu dò. - Model: Arietta 50 - Số serial: G3024208 - Hãng sản xuất :Hitachi Aloka - Nước sản xuất : Nhật bản - Năm sản xuất: 2019 Bị lỗi không hiển thị màn hình điều khiển, cảm ứng Thông tin về máy: 2/Máy siêu âm màu 3D. - Model: Prosound &6 - Số serial: 20611329 - Hãng sản xuất :Hitachi - Nước sản xuất : Nhật bản - Năm sản xuất: 2018 - Bị lỗi phần mềm khi khởi động máy báo lỗi không thực hiện được thao tác trên máy	Máy	02

- Các yêu cầu cần kiểm tra, báo giá và sửa gấp trong vòng 07 ngày đến 10 ngày		
---	--	--

Yêu cầu về chào giá: giá chào đã bao gồm các loại thuế và phí vận chuyển theo quy định

Thời gian nhận hồ sơ chào giá đến hết ngày 07/07/2025

Hồ sơ quý Công ty vui lòng gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp qua Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Địa chỉ :Khu phố Tân Mai Phường Phước Tân , Thành phố Biên Hoà Tỉnh Đồng Nai

Người phụ trách : KS Phạm Thanh Hải, số điện thoại ; 0913709921-0913858282

Thư chào giá, bảng báo giá của Công ty (có ký tên đóng dấu, có thời gian và hiệu lực)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: P.KHHTH, Văn thư.



Nguyễn Văn Thảo